

表一 概述

建设项目名称	太原金域临床检验所建设项目竣工环境保护验收监测				
建设单位名称	太原金域临床检验有限公司				
行业类别	其他卫生活动 Q8390				
建设项目性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/> 迁建 <input type="checkbox"/>				
设计生产能力	年检测血液、体液样本约 24 万例				
实际生产能力	年检测血液、体液样本 24 万例				
项目建设内容	本项目场地租用太原经济技术开发区龙城街 2 号 华元医药集团有限公司国药大厦 3~5 层 3 层为行政办公区域，4 层、5 层为医学检验区域				
环评时间	2016 年 7 月 22 日	开工日期	2016 年 6 月		
投入试运行时间	2016 年 8 月	现场监测时间	2016 年 9 月 1 日~2 日 (废水) 2017 年 4 月 12 日~13 日(臭气)		
环评审批部门	太原经济技术开发区环境保护局	环评报告表编制单位	宁夏智诚安环科技发展有限公司		
环保设施设计制造单位	山西水天源环保科技有限公司	环保设施施工单位	山西水天源环保科技有限公司		
投资总概算	1000 万元	环保投资总概算	22.06 万元	比例	2.21%
实际总投资	1000 万元	实际环保投资	23.2 万元	比例	2.32%
验收监测依据	1、《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1) 2、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253 号, 1998.11.29) 3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (环境保护部令第 16 号, 2010.12.22) 4、《山西省开发建设项目环境保护工程竣工验收管理办法》 (山西省环境保护局晋环监字[1995]203 号) 5、《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》 (国家环境保护总局, 环函[2002]222 号, 2002.8.21) 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015 年 11 月 7 日) 7、《太原金域临床检验有限公司变更登记注册》 太原市卫生和计划生育委员会并卫审医变字[2016]13 号 2016 年 2 月				

续表一 概述

验收监测依据	8、《太原金域临床检验所建设项目环境影响报告表》 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2016年6月 9、《关于太原金域临床检验所建设项目环境影响报告表》的批复 太原经济技术开发区环境保护局 并经环评[2016]16号 2016年7月22日 10、太原金域临床检验所建设项目竣工验收监测委托书 2016年8月29日 11、太原金域临床检验所建设项目竣工验收监测方案 2016年8月 12、《医疗废物集中处置协议书》 2017年3月16日					
验收监测标准标号级别	1、污水处理站有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准值。 2、污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准。 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013); 医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013)。					
验收监测标准值	验收监测执行标准值汇总一览表					
	污染源名称		监测项目	最高允许排放浓度 (无量纲)		排放筒高度 (m)
	有组织 废气	污水处 理站	臭气浓度	验收标准: 15000		36
	---	---	污染物名称	执行 标准	污染物名称	执行标准
	废水	污水处 理站	pH	6~9	SS (mg/L)	60
COD (mg/L)			250	BOD ₅ (mg/L)	100	
动植物油 (mg/L)			20	粪大肠菌群 (MPN/L)	5000	

